

METRODAJI EQUIPOS Y MEDICIONES S.A DE C.V	CARTA DE TRAZABILIDAD	Elaboro: Teo Cristófer Laureano Granados Fecha: 2024-06-25	Revisó: Ing. José Luis Damián Jiménez Fecha: 2024-06-25	CODIGO: MD-CT-J	Revisión: 06 Entra en vigor Fecha: 2024-06-25
--	----------------------------------	--	---	----------------------------	---

DOCUMENTO CONTROLADO

CENAM

Sistema de Transferencia con Transductor de Fuerza
 Marca: HBM
 Modelo: C18 / 2 MN
 Serie: 00282TO7
 Intervalo de medida: 2 000 kN
 Certificado: PTB 1.21 Thi_21091-02
 Fecha de calibración: 2021-12-13
 U máxima relativa: $\pm 0,050 \% L$; $k=2$
 Trazabilidad: Patrón de fuerza del PTB de 2 MN
 Resolución: 0,001 kN
 Comparación Directa



METRODAJI (ema-F-39)

TRANSDUCTOR DE FUERZA

Marca: Metronic
 Operación: Compresión
 Modelo: 200 T
 Serie: 04
Identificación: 200 T-J
 Intervalo de medición:
 98,07 kN a 1 961,33 kN
 U expandida: $\pm 0,032 \% L$ a $\pm 0,20 \% L$
 Certificado: CNM-CC-720-174/2024
 Procedimiento
 CENAM 720-AC-P.153 (Comparación directa)



CLIENTE

Procedimiento: MD-PT-15-18

Método: Comparación directa

$\pm U$; $k=2 \% L$